


F-MDR-A-IV		<b>Technische Dokumentation</b> Rollator elan classic Artikel-Nr.: 11441 000, -001, -010, -011	
Ausgabestand 2021-12-02	Seite 1 von 1	Konformitätserklärung	



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION DE CONFORMITE**  
**DECLARATION OF CONFORMITY / DICHIARAZIONE DI CONFORMITA**

<b>Name und Adresse der Firma</b> Nom et adresse de l'entreprise Nome e indirizzo della ditta Name and address of the firm		<b>Ludwig Bertram GmbH</b> Im Torfstich 7 30916 Isernhagen, Deutschland	
<b>Single Registration Number (SRN)</b>		<b>DE-MF-000013037</b>	
<b>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass /</b> Nous déclarons sous notre propre responsabilité que / Dichiariamo sotto nostra responsabilità che / We declare under our sole responsibility that			
<b>das Medizinprodukt</b> le dispositif médical il dispositivo medico the medical device		<b>Rollator elan classic</b> Art.-Nr.: 11441 000, 60, champagner Art.-Nr.: 11441 001, 60, anthrazit/dunkelrot Art.-Nr.: 11441 010, 54, champagner Art.-Nr.: 11441 011, 54, anthrazit/dunkelrot	
<b>entsprechend dem Ausgabestand der technischen Dokumentation</b> selon la révision de la documentation technique secondo la revisione della documentazione tecnica according to the revision of the technical documentation		2021-12-02	
<b>mit der Basis-UDI-DI</b> avec la base-UDI-DI con la base-UDI-DI with the basis-UDI-DI		<b>4048792MO01003FV</b>	
<b>der Klasse</b> de la classe della classe of class	<b>I</b>	<b>nach Anhang VIII MDR 2017/745 – Regel</b> selon l'annexe VIII de la MDR 2017/745 – règle secondo l'allegato VIII della MDR 2017/745 – regola according to annex VIII of MDR 2017/745 - rule	<b>1</b>
<b>allen Anforderungen der MDR 2017/745 entspricht, die anwendbar sind. /</b> remplit toutes les exigences de la MDR 2017/745 qui le concernent. / soddisfa tutte le disposizioni della MDR 2017/745 che lo riguardano. / meets all the provisions of the MDR 2017/745 which apply to it.			
<b>Konformitätsbewertungsverfahren</b> Procédure d'évaluation de la conformité Procedimenti di valutazione della conformità Conformity assessment procedure		MDR Art. 52 & Annex II, III	
<b>Gültigkeit der Erklärung: Änderungen an der technischen Dokumentation oder den Produkten /</b> Validité de la déclaration: modifications de la documentation technique ou aux produits / Validità della dichiarazione: modifiche alla documentazione tecnica o ai prodotti / Declaration's validity: changes to the technical documentation or the products.			

Isernhagen, 02.12.2021

Ort, Datum

Lieu, date / Luogo, data / Place, date



Thomas Ritter, Geschäftsführung

Nom et fonction / Nome e funzione / Name and function