



F-MDR-A-IV		Technische Dokumentation Rollator vital classic Artikel-Nr.: 11448 0XX	
Ausgabestand 2021-01-06	Seite 1 von 1	Konformitätserklärung	



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY / DICHIARAZIONE DI CONFORMITA**

Name und Adresse der Firma Nom et adresse de l'entreprise Nome e indirizzo della ditta Name and address of the firm		Ludwig Bertram GmbH Im Torfstich 7 30916 Isernhagen, Deutschland	
Single Registration Number (SRN)		-	
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass / Nous déclarons sous notre propre responsabilité que / Dichiariamo sotto nostra responsabilità che / We declare under our sole responsibility that			
das Medizinprodukt le dispositif médical il dispositivo medico the medical device		Rollator vital classic Art.-Nr.: 11448 000, 62, grau / Art.-Nr.: 11448 001, 54, grau Art.-Nr.: 11448 007, 62, kirschrot / Art.-Nr.: 11448 008, 54, kirschrot Art.-Nr.: 11448 010, 62, mokka / Art.-Nr.: 11448 011, 54, mokka Art.-Nr.: 11448 040, 62, eisblau / Art.-Nr.: 11448 041, 54, eisblau	
entsprechend dem Ausgabestand der technischen Dokumentation selon la révision de la documentation technique secondo la revisione della documentazione tecnica according to the revision of the technical documentation		2021-01-06	
mit der Basis-UDI-DI avec la base-UDI-DI con la base-UDI-DI with the basis-UDI-DI		4048792MO01005FZ	
der Klasse de la classe della classe of class	I	nach Anhang VIII MDR 2017/745 – Regel selon l'annexe VIII de la MDR 2017/745 – règle secondo l'allegato VIII della MDR 2017/745 – regola according to annex VIII of MDR 2017/745 - rule	1
allen Anforderungen der MDR 2017/745 entspricht, die anwendbar sind. / remplit toutes les exigences de la MDR 2017/745 qui le concernent. / soddisfa tutte le disposizioni della MDR 2017/745 che lo riguardano. / meets all the provisions of the MDR 2017/745 which apply to it.			
Konformitätsbewertungsverfahren Procédure d'évaluation de la conformité Procedimentodi valutazione della conformità Conformity assessment procedure		MDR Art. 52 & Annex II, III	
Gültigkeit der Erklärung: Änderungen an der technischen Dokumentation oder den Produkten / Validité de la déclaration: modifications de la documentation technique ou aux produits / Validità della dichiarazione: modifiche alla documentazione tecnica o ai prodotti / Declaration's validity: changes to the technical documentation or the products.			

Isernhagen, 06.01.2021
Ort, Datum
Lieu, date / Luogo, data / Place, date


Thomas Ritter, Geschäftsführung
Nom et fonction / Nome e funzione / Name and function